

PHILIPS Taema



AIR LIQUIDE

Protokol o prověření zdravotnického prostředku periodickou kontrolou ve smyslu úplného znění zákona č. 123/2000 Sb.

Vlastník:

Fakultní nemocnice Olomouc

Město:

Olomouc

Ulice:

I.P. Pavlova 6

PSČ:

775 20

Oddělení:

Gyn Por, odd.17A JIP

Číslo objednávky:Smlouva

Číslo CSO:10731

Modelové číslo	Seriové číslo	Datum další kontroly nejpозději	Poznámka
M3153A	4028A02011	Prosinec 2008	I 019090
M3046A	DE85013092	Prosinec 2008	I 019084
M3046A	DE85012496	Prosinec 2008	I 019086
M3046A	DE85012497	Prosinec 2008	I 019085
M3046A	DE85012498	Prosinec 2008	I 019088
M3046A	DE85013430	Prosinec 2008	I 019089
M1771A	CNC4218977	Prosinec 2008	I 018419

Výše uvedený zdravotnický prostředek (a instalované moduly a příslušenství) byl prověřen v rozsahu testů, předepsaných výrobcem.

VYHOVĚL po stránce funkční, elektrické a mechanické bezpečnosti a může být nadále používán ke stanovenému účelu.

K přístroji JE používáno příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem

Prověření provedl:

Jméno Ing. Josef Vrána

Datum 19.12.2007

podpis + razítko



S&T Plus s.r.o.

Novodvorská 994 13
142 21 Praha 4
tel.: +420 239 047 505

HVB Bank Czech Republic a.s.
B. ú. 48148 2402700 - CZK
B. ú. 48148 0602700 - EUR
Swiftcode: BACXCZPP

IČ: 2570 1578
DIČ: CZ2570 1578

Den zápisu
do obchodního rejstříku
14. října 1998
oddíl C, vložka 62476
Městský soud v Praze

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 239 047 500
fax: +420 239 047 549
e-mail: info@snt-plus.cz
www.snt-plus.cz