

Fakturační adresa:

Jan Skácel  
Jecmínkova 24  
724 00 Ostrava Stará Bělá  
IČO: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05  
Tel: 603 181 006

**PROTOKOL**  
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje  
(el.spotřebiče) dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16  
00. ČSN 33 16 10.

Datum: 12.12..2008  
Jméno technika : Jan Skácel  
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A  
Typ měřičho přístroje: Revex 2051  
Výrobní číslo: 708 0 136  
Typ měřičho přístroje: RM 2050  
Výrobní číslo: 40 30 274  
Typ měřičho přístroje:  
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ  
I.P.Pavlova 6  
775 20 Olomouc

Oddělení:  
Porodnicko-gynekologická klinika

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....  
Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....  
Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100  
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....  
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....  
Dotykový proud přímá metoda:.....  
Dotykový proud rozdílová metoda:.....  
Náhradní unikající proud mezi sítřovou a příložnou částí:.....0,009  
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....  
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....  
Napájecí napětí:.....229,9  
Napájecí proud:.....  
Příkon:.....  
cos φ :.....

Ω  
Ω  
MΩ  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
mA  
V  
A  
W

Stav přístroje:  
Mechan.poškození:.....opraveno.....  
Přívody:.....v pořádku.....  
Stav krytí:.....dobrý.....  
Protokol o poslední revizi:.....ne

Revize provedena s výsledkem: vyhověl

Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem:  
vyhovuje

Prověřovaný přístroj vyhovuje technickým předpisům podle nich  
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití  
dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.

Příští revize (kontrola): za rok



Tento protokol má 1 stranu.  
Počet vyhotovení: 2  
Rozdělovník: 1x zákazník  
1x revizní technik