Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá

Ičo: 633 06 743 Dič:CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL

o revizi (kontrole) elektrického zdravotnického přístroje (el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16 00.ČSN 33 16 10.

Datum:12.12..2008
Jméno technika : Jan Skácel
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A
Typ měřícího přístroje: Revex 2051
Výrobní číslo:708 0 136
Typ měřícího přístroje:RM 2050
Výrobní číslo:40 30 274
Typ měřícího přístroje:
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Oddělení:
Porodnicko-gynekologická klinika

Umístění spotřebiče:.....JIP 17 AA
Druh spotřebiče:.....lůžko Novos
.....
Třída ochrany :..... I,IIa,IIb,III
Typ/ zařazení:..... B,BF,CF
Výrobce:..... Linet
Výrobní číslo:.....192396/11/4/0697
Inv.číslo:.....I018551-000
Provozní zkouška:.....ano

Stav přístroje:
Mechan.poškození:.....opraveno.....
Přívody:.....vpořádku.....
Stav krytů:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....ne

Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče:	**Rp (Ip = 200 mA).....**	**Ω**
Odpor ochranného vodiče:	**Rp UΔ(Ip = 10 A).....**	**Ω**
Isolační odpor	**R iso (Up= 500V).....100**	**MΩ**
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....		**mA**
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....		**mA**
Dotykový proud přímá metoda:.....		**mA**
Dotykový proud rozdílová metoda:.....		**mA**
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,004		mA
Náhradní unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....		**mA**
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí:.....		mA
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí s pomocným zdrojem:.....		**mA**
Napájecí napětí:.....229,9		**V**
Napájecí proud:.....		**A**
Příkon:.....		**W**
cos φ :.....		

Revize provedena s výsledkem:**vyhověl**

Bezp.tech.kontrolaprovedena s výsledkem:
vyhovuje

Prověřovaný přístroj vyhovuje tech.předpisům podle nich ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití dle zákona č.346/2003 sb.§52 odst.4.

ODBORNÝ TECHNIK ELEKTRO
0559/2/04/R-EZ-E2/A
JAN SKÁCEL

Příští revize (kontrola):za rok

Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník:1x zákazník
1x revizní technik