

Fakturační adresa:

Jan Skácel
Ječmínkova 24
724 00 Ostrava Stará Bělá
IČo: 633 06 743 DIČ: CZ 54 01 30 31 05
Tel: 603 181 006

PROTOKOL
o revizi (kontrola) elektrického zdravotnického přístroje
(el.spotřebiče)dle doporučení ČES 33.03.95 a ČSN 33 16
00.ČSN 33 16 10.

Datum: 12.12..2008
Jméno technika : Jan Skácel
Osobní číslo : 0559/2/04/R-EZ-E2/A
Typ měřícího přístroje: Revex 2051
Výrobní číslo: 708 0 136
Typ měřícího přístroje: RM 2050
Výrobní číslo: 40 30 274
Typ měřícího přístroje:
Výrobní číslo:

Zákazník:

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ
I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Oddělení:
Porodnicko-gynekologická klinika

Umístění spotřebiče:.....JIP 17 AA
Druh spotřebiče:.....lážko Novos
.....
Třída ochrany :..... I,IIa,IIb,III
Typ/ zařazení:..... B,BF,CF
Výrobce:..... Linet
Výrobní číslo:.....192396/1/5/0697
Inv. číslo:.....I018553-000
Provozní zkouška:.....ano

Stav přístroje:
Mechan.poškození:.....opraveno.....
Přívody:.....vypořádku.....
Stav krytů:.....dobrý.....
Protokol o poslední revizi:.....ne

Příští revize (kontrola):za rok


Měření elektrických bezpečnostních parametrů:

Odpor ochranného vodiče: Rp (Ip = 200 mA).....
Odpor ochranného vodiče: Rp UΔ(Ip = 10 A).....
Isolační odpor R iso (Up = 500V).....100
Proud ochranným vodičem přímá metoda :.....
Proud ochranným vodičem nepřímá metoda :.....
Dotykový proud přímá metoda :.....
Dotykový proud rozdílová metoda:.....
Náhradní unikající proud mezi síťovou a příložnou částí:.....0,004
Přímá - unikající proud mezi příložnou částí:.....
Přímá - unikající proud mezi přístupnou a příložnou částí
s pomocným zdrojem:.....
Napájecí napětí:.....
Napájecí proud:.....229,9
Příkon:.....
cos φ :.....

Ω
Ω
MΩ
mA
mA
mA
mA
mA
mA
mA
V
A
W

Revize provedena s výsledkem: vyhoví
Bezpečnostní kontrola provedena s výsledkem:
vyhovuje

Prověřovaný přístroj vyhovuje technickým předpisům podle nich
ž byl vyroben a je schopen použití v souladu s návodem k použití
dle zákona č.346/2003 sb. §52 odst.4.



Tento protokol má 1 stranu.
Počet vyhotovení: 2
Rozdělovník: 1x zákazník
1x revizní technik