

Název zdravotnického prostředku:

Typ:

Tepelný generátor

Bair Hugger 505

S/N (výrobní číslo): 75543

Inventární číslo: D063435-000

Provoz. hodiny: 82

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

A. Vizuální kontrola

☒ Nepoškozen ☐ Poškozen

B. Funkční a bezpečnostní test zdravotnického prostředku podle předpisu výrobce
(Servisní manuál – Arizant Healthcare 200597C 06/05)

Pol.	Název testu	Postup	Výsledek testu
1.	Funkční test		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
2.	Kontrola stavu filtru		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
3.	Kontrola funkce teplotní ochrany		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
4.	Kontrola výstupní teploty vzduchu - nízké		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
5.	Kontrola výstupní teploty vzduchu - střední		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
6.	Kontrola výstupní teploty vzduchu - vysoké		☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
7.	Ověření elektrické bezpečnosti	ČSN EN 60601-1	
7.1.	Test vyrovnaní potenciálu	kapitola 18	☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl
7.2.	Test trvale unikajících proudů	kapitola 19	☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl

C. Závěrečné vyhodnocení výsledků provedených testů

☒ Vyhověl ☐ Nevyhověl

D. Provedené servisní úkony:

E. Poznámky a doporučení: Příští kontrola VIII / 2009

Provedl: Ing. Jiří Hanslian

Dne: 11. 8. 08

Podpis:

MSM
MSM, spol. s r. o.
Divize Medical Instruments
K.O. Box 120, Lhotka u Přibrame 13
261 81 Přibram (4)

**PROTOKOL O PERIODICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU
dle zákona 123/2000 Sb.**

Obsah tohoto protokolu je duševním vlastnictvím výrobce zdravotnického prostředku a firmy MSM, spol. s r. o.