

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1662

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6

775 Olomouc

IČO 00098892

Kontaktní osoba paní Ludvíková Ivana

Objednávka zákazníka: DO 8834

Ref.číslo dodavatele: 20060269

Periodická kontrola PZT dle

zák. č.346/2003 Sb. § 28



Ověření stavu PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 52

**Oxymetr pulzní**typ **BCI 3301**výr.číslo **330031041**

výrobce BCI-USA

rok uvedení 1996

inv.číslo

elektrobezp. baterie

třída PZT II b v provozu P-G odd 17 A

FN-14-16

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3301

1. Kontrola označení



2. Kontrola dokumentace



3. Kontrola vizuální



4. Kontrola zdroje a baterií



5. Kontrola nastavení a kalibrace



6. Kontrola příslušenství



Model Výrobní číslo Stav%

kalibrační

**Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420,Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	☒
85+2	80+2	-	-	☒
100-2	80+2	H	-	☒
98+2	35+1	H	L	☒
98+2	250+5	H	H	☒

Alarmy

Optická signalizace

Zvuková signalizace



9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad***Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 15.1.2008

Hipot test do:

Kontrolu provedl

13.12.2006 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

5.1.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

1991 - 2006 ČAS NÁS PROVÉŘIL - 15 let poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, monitorování vitálních funkcí a ka

ALWIL Medical s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 451 fax: 475 209 183

e-mail : info@alwilmedical.com , www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485