

LABORATOR

## Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník:	Fakultní nemocnice Olomouc
	I.P.Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení:	Porodnicko-gynekologická klinika-operační sály
Přístroj:	Germicidní svítidlo
Typ	GK 60W DB 30-1
Výrobní číslo:	904895
Inventární číslo:	A-C002160
Třída ochrany:	I.
Zdravotnické zařazení:	---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
Funkční zkouška		
Vizuální kontrola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kontrola účinnosti trubic	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

nem' truba

### Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče	0,15 $\Omega$
	Izolační odpor	200 M $\Omega$
	Unikající proud	3,02 mA
Účinnost UVC záření	230 – 280 nm	0 mW/cm <sup>2</sup>


Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

### Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek neodpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj **není plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a nesplňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 30. 5. 2008

Datum další doporučené prohlídky: