

Martin Bičíště -BIČELS, Resslova 890, 500 02 Hradec Králové
 DIČ:CZ6404282192, IČO:15591051, Číslo účtu 21397/0300
 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213
 Ministerstvo zdravotnictví C.j.: 6180A/02 - servis, os.pověř.

BEZPEČNOSTNĚ-TECHNICKÁ KONTROLA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Typ přístroje: injekční dávkovač Graseby 3100	Výrobní číslo : 36557	Uživatel: Fakultní nemocnice Olomouc dispečink oprav I.P.Pavlova 6 77520 OLOMOUC
II b	Invent. číslo: I018113	Oddělení: NS 0912 novoroz.-intermediál.
	ID:	

Bezpečnostně-technická prohlídka je prováděna v souladu s návodem k použití a servisním návodem.

Použity výhradně kalibrované servisní pomůcky a měřicí přístroje.

Všechny naměřené hodnoty musí být dokumentovány. Přísluša a dokumentace musí být uvedena ve zkušební protokolů.

Kontrolovat	Zjištěné nedostatky	Poznámky	Potvrzení
Kryt			OK
Klávesnice-folie/ovládací prvky			OK
Síťová zásuvka a kabel			OK
Svěrka			OK
Baterie /akum./-záložní zdroj			OK
Nožičky			OK
Snímač tlaku			OK
Snímač založení stříkačky			OK
Dokumentace		nepředložena	x

Funkční zkouška

Průběh testu			OK
Zvukový-optický signál			OK
Reakce přístroje na vyvoditelné alarmy			OK
Okluzní tlak			OK
Kontrola kapacity akumulátoru			OK
Signalizace displeje, indik. prvků			OK
Test-umlčení alarmu			OK
Kontrola rychlosti dávkování			OK
Přepínání stříkačky			OK

Zkouška elektrické bezpečnosti dle ČSN EN 60601

Síťové nap. 230 V	Odpor ochr. vodiče vč.kabelu : X Ω	Unikající proud : /PE 0,007 mA
----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Výsledek kontroly

Zařízení je schopno bezpečného provozu: ANO
 Pokud NE - důvod:

Výše uvedený zdravotnický prostředek splňuje ustanovení par.27,28 a 52, zákona č.123/2000 Sb.

Datum příští kontroly: 1.2009	Kontrolu provedl: MARTIN BIČIŠŤE Resslova 890 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ 2 tel. 495 217 192 fax. 495 213 213 DIČ CZ6404282192 IČO 155 91 051	Přístroj předán: Fakultní nemocnice Olomouc odbor hlavního mechanika dispečink oprav I.P. Pavlova 6, 775 20 OLOMOUC tel.: 588 443 125, fax: 588 443 529 Datum: Podpis:
---	---	--