

I 018913

Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce
Smiths Medical International Ltd.
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)
platné v době jeho výroby.*

Popis: Graseby 3100 Syringe Pump

Ref. číslo: 0131-0001

Výrobní číslo: 36 557

Vlastník: FN Olomouc

Certifikát vydán společností: ASQA a.s.

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Číslo certifikátu: 05-0012

Autorizováno: 

Datum: 23. září 2005

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 23. září 2006

PROTOKOL O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

36 557

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	OK	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	OK	Izolační odpor (Mohm) : > 400 Unikající proud (mA) : 0,00
3	Po prvním zapnutí	OK	
4	Čidla velikosti stříkačky	OK	
5	Membránová tlačítka a displej	OK	
6	Výpadek napájení	OK	
7	Lineární přesnost	OK	měřeno přístrojem Graseby 0131-0230 vyhovuje povolení odchylce $\pm 0.3 \text{ mm}$
8	Okluze	OK	
9	Vyrovnání svorky pístku	OK	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodicího šroubu	OK	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	OK	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"		

Podpis Technika :

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Datum provedení prohlídky: 23.9.2005

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 23.9.2006

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz

(Daňový doklad) Faktura slouží zároveň jako dodací list

Datum zdanit.plnění:	05.12.2005
Vystaveno:	05.12.2005
Datum splatnosti:	19.12.2005
Platební podmínky:	bankovním převodem

Odběratel:
Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

IČO:	00098892
DIČ:	CZ00098892
Odkaz:	servis

Dodavatel:

ASQA a.s.

Za potokem 46
106 00 Praha 10
zaps.odd.B, vl. 9166

IČO: 27125971 DIČ: CZ27125971

Tel: 272761350 Fax:

Bank.spojení 189134060/0300 ČSOB

Příjemce dodávky:

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P.Pavlova 6
775 20 Olomouc

Vaše objednávka č.: +OND 16301 v č. 36 557

Poz.	Kód výrobku	Popis	Množství	Jedn.cena	Daň Sleva%	Cena celkem
1	G-SERP	servisní práce	2.0	560.00 A		1,120.00

588.00 vč.DPH

v pumpě bylo velké množství žlutohnědé tekutiny, zkrat byl způsoben patrně poleptáním vyteklou tekutinou, pumpa byla vyčištěna a všechny baterie dobity. Pumpa je funkční a vracíme ji do zkušebního provozu. V případě opakování problému by bylo zřejmě nutné vyměnit:

G-3420-2120 Baterie (3ks) cena Kč 360,- bez DPH/1ks

G-0131-0009 Main Board (1ks) cena Kč 16530,- bez DPH

Kód daně	Popis	Sazba %	Základ DPH	Daň celkem
A	Sazba 5%	5	1120.00	56.00

Převzal:

Vystavil: Maleninská Eva

	Celkem bez DPH	1,120.00
	DPH	56.00
	FAKTURA CELKEM KC	1,176.00
	K úhradě:	1,176.00

