

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecká JIP 16A	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventurní číslo: 17974	

Název a typové označení přístroje: Photo-Therapy 4000	Výrobní číslo: ARKJ-0210	Výrobce: Dräger
	Verze SW:	Rok výroby: 1996
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
Napájecí příводы (el., plyny), test po zapnutí přístroje
Ovládací prvky
Alarmové a bezpečnostní funkce
Funkční kontrola přístroje
Kontrola měřených veličin
Kalibrace měřených veličin
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☐
☐	☐
☒	☐
☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,17 Ω

vyhovuje
ano ne

☒	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,52 mA

☒	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

unikající proud síťová část – příločná část:

mA

☐	☐	☒
--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	10/2008
Thermometer	2M11111	trvalá

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do




přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 15.6.2007

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Termín příští kontroly: 31.12.2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ26700760 ⑤