

I 02287

DARTIN
s.r.o.

LRD MEDICAL GROUP

Protokol o provedení periodické kontroly

dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.

1490602
Číslo protokolu*Název přístroje*

Atom 2100G - A

Výrobní číslo přístroje

1426710

Datum uvedení do provozu

20.12.2004

Třída (klasifikace)

IIB

Umístění přístroje

Novorozenecké odd.

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO☐ NEKontrola provedená dne: 15/03/2006Termín příští kontroly:

Měsíc	Rok
9	2006

DARTIN
spol. s r.o.

V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6

Tel./fax: +420 241 470 361

IČ: 40763781 • DIČ: CZ40763781

Razítko, podpis:

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišíně 3/474, 160 00 PRAHA 6**tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz**

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.