

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké 16 B	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventární číslo: 17933	

Název a typové označení přístroje: Inkubátor 8000 SC		Výrobní číslo: ARJN-0186	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 10.04	Rok výroby: 1995
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐	IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
		Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒	

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přírůdky (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,19	Ω	☒ ☐ ☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,17	mA
unikající proud	síťová část – příločná část:		mA
			☒ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	10/2008
Thermometer	MH3330	trvalá


- Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 17.6.2008

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Termín příští kontroly: 31.12.2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ26700760