

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké 16 B	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventární číslo: 18122	

Název a typové označení přístroje: Inkubátor 8000 SC		Výrobní číslo: ARLD-0009	Výrobce: Dräger
		Verze SW: 11.01	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje
Ovládací prvky
Alarmové a bezpečnostní funkce
Funkční kontrola přístroje
Kontrola měřených veličin
Kalibrace měřených veličin
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
Návod k použití

vyhovuje ne
ano ne

☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☒	☐	
☐	☐	☒
☒	☐	☐
☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I): 0,18 Ω
Izolační stav přístroje:
unikající proud síťová část – přístupná část: 0,17 mA
unikající proud síťová část – příložná část: mA

vyhovuje ne
ano ne

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☐	☐	☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	9/2007
Thermometer	2M11111	trvalá
Oxymeter	GMH 3691	trvalá

Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění
☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Kontrola provedena dne 27.12.2006

Termín příští kontroly: 30.6.2007