

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké 16 B	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventurní číslo: 18122	

Název a typové označení přístroje: Inkubátor 8000 SC		Výrobní číslo: ARLD-0009	Výrobce: Dräger	
		Verze SW: 11.01	Rok výroby: 1997	
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐	IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

Kontrolní elektrická zkouška				vyhovuje ano ne			neprováděno	
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):				0,19	Ω	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:								
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,17	mA	☒	☐	☐		
unikající proud	síťová část – příložná část:		mA	☐	☐	☒		

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	10/2008
Thermometer	2M11111	trvalá
Oxymeter	GMH 3691	trvalá


- Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 23.6.2008

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Termín příští kontroly: 31.12.2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ26700760 ⑤