

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké 16 B	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventurní číslo: 17985	

Název a typové označení přístroje: Incubátor 8000 SC		Výrobní číslo: ARLD-0013		Výrobce: Dräger	
		Verze SW: 11.01		Rok výroby: 1997	
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐	IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒	

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí příklady (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☐ ☒

☒ ☐ ☐

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,11 Ω

vyhovuje neprováděno
ano ne

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,17 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – přílozná část:

mA

☐ ☐ ☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	10/2008
Thermometer	2M11111	trvalá
Oxymeter	GMH 3691	trvalá

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do




přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 19.12.2007

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Termín příští kontroly: 30.6.2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ26700760 ⑤