

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventurní číslo: 17985	

Název a typové označení přístroje: Inkubátor 8000 SC	Výrobní číslo: ARLD-0013	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 11.01	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐	☐
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,10	Ω	☒ ☐ ☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,18	mA
unikající proud	síťová část – příločná část:		mA
			☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	4/2010
Thermometer	MH3330	trvalá

Výsledek kontroly:	☒	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu a dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
	☐	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
	☐	přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Kontrola provedena dne 16.12.2008

Termín příští kontroly: 30.6.2009