

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké 16 B	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventární číslo:	

Název a typové označení přístroje: Inkubátor 8000 SC		Výrobní číslo: ARLD-0014		Výrobce: Dräger	
		Verze SW: 11.01		Rok výroby: 1997	
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐		IEC 601 ☒		Třída ochrany: I ☒ II ☐	
		Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐		Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒	

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí příklady (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☒	☐
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,11 Ω	☒ ☐ ☐
Izolační stav přístroje:		
unikající proud	síťová část – přístupná část:	0,18 mA
unikající proud	síťová část – příložená část:	mA

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	9/2007
Thermometer	2M11111	trvalá

- Výsledek kontroly: ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 13.12.2006

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:

Termín příští kontroly: 30.6.2007