

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké 16 B	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventární číslo: <i>I 014986</i>	

Název a typové označení přístroje: Inkubátor 8000 SC	Výrobní číslo: ARLD-0014	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 11.01	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

Ovládací prvky

Alarmové a bezpečnostní funkce

Funkční kontrola přístroje

Kontrola měřených veličin

Kalibrace měřených veličin

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☒ ☐

☐ ☐ ☒

☒ ☐ ☐

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,11 Ω

vyhovuje
ano ne

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,18 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část – příločná část:

mA

☐ ☐ ☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	10/2008
Thermometer	2M11111	trvalá

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:

Kontrola provedena dne 27.12.2007

Termín příští kontroly: 30.6.2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ26700760 ⑤