

Protokol o provedení periodické kontroly dle §28 a §52 zákona číslo 346/2003 Sb.

220701
Číslo protokolu

I 04832

Název přístroje

ISOLETTE C450 QT vha

Výrobní číslo přístroje

PH01353

Datum uvedení do provozu

15.5.1996

Třída (klasifikace)

IIB

Umístění přístroje

Novorozenecké odd.

Provozovatel přístroje

Fakultní nemocnice Olomouc

IČ provozovatele

00098892

Město

Olomouc

Přístroj vyhovuje požadavkům technických norem podle nichž byl vyroben, úroveň vlastností vyhovuje současným technickým požadavkům (viz montážní list, který je nedílnou součástí tohoto protokolu) na tento přístroj kladené a může být nadále používán při poskytování zdravotní péče v souladu s určeným účelem použití v návodu výrobce:

☒ ANO

☐ NE

Kontrola provedená dne: 10/01/2007

Termín příští kontroly: Měsíc Rok
7 2007

DARTIN
V Tiskovně 10. 1. 2007
10 40 733781 • 010 0240733781

Razítko, podpis: _____

Autorizované servisní středisko: Dartin spol. s r.o., V tišině 3/474, 160 00 PRAHA 6
tel/fax: 241 470 361, 261 216 076 www.dartin.cz - servis@dartin.cz

Dartin spol. s r.o. - zapsáno v obchodním rejstříku Městského obchodního soudu v Praze pod spisovou značkou C / 2666.