

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 123/2000, §27

Zákazník	Fakultní nemocnice Olomouc , Novotou. odd. 16B+D
Přístroj	Pulsní oxymetr
Typ	Nellcor N180
Výrobní číslo	20032771 (I020519)

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče		0,140 Ω	max. 0,2 Ω
Izolační odpor		> 20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,028 mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX PLUS v.č. 510015

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jan Pasečný

Podpis



Výroba, prodej a servis lékařských přístrojů a techniky v zdravotnických potřebách
Na Močárku 19, Olomouc, St. Kříž, 724 00
IČ: 67703666, DIČ: CZ7101055577
tel.: +420 604 485 966, fax: +420 596 728 055

Provedeno dne: 14.1.2009

Datum příští kontroly: 1/2010