

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 123/2000, §27

Zákazník	Fakultní nemocnice Olomouc , Novoroz.odd. 16B+D
Přístroj	Pulsní oxymetr
Typ	Masimo Radical 7 + RDS3
Výrobní číslo	322170 + 115351 (D061978+I023388)

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce
☒	☐	Ověření přesnosti měřících funkcí

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,09 Ω	max. 0,2 Ω
Izolační odpor	>20 M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,191 mA
	Příložná část	mA
		max. 0,5 mA
		max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: REVEX PLUS v.č. 510015

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Ing. Jan Pasečný
Podpis

Provedeno dne: 14.1.2009

Datum příští kontroly: 1/2010

 **Ing. Jan Pasečný**
Výroba, opravy a servis zdravotnických přístrojů
Na Močárkách 19, Olomouc-St.Žilná, 724 00
IČ: 67703666, DIČ: CZ7101055577
tel.: +420 604 486 550, fax: +420 604 728 055