

# Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1845

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

IČO 00098892

Objednávka číslo: DIS0702751  
Ref. číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 28

Ověření stavu PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 52

## Oxymetr pulzní

typ **BCI 3304**

výr. číslo **702757007**

výrobce **BCI-USA**

roku vedení **2002**

inv. číslo **D046228-000**

elektrobezp. napaječ

třída PZT II b v provozu

Novoroz. 16B JIP

FN-14-36

## Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3304

1. Kontrola označení
2. Kontrola dokumentace
3. Kontrola vizuální
4. Kontrola zdroje a baterií   
Zdroj *BCI 1612 R iz >99 MOhm měřeno na R277 v.č. V1-1262*
5. Kontrola nastavení a kalibrace
6. Kontrola příslušenství   
Model Výrobní číslo Stav%  
kalibrační

## Kontrola funkčnosti

### 8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85+2	80+2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80+2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	35+1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	250+5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmy				<input checked="" type="checkbox"/>
Optická signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>
Zvuková signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol  
PZT *nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad*

**Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák. 346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

14.12.2007 Ivo Augsten

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

od 1991 poskytujeme služby v oblastech pulzní oxymetrie, kapnometrie a monitorování vitálních funkcí

ALWIL Medical s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 475 210 451 fax: 475 209 183  
e-mail: info@alwilmedical.com, www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485