

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb.
ve znění pozdějších předpisů

My **DARTIN, spol. s r.o., se sídlem V Tišíně 3/474, 160 00 Praha 6, IČ: 40763781,**
jako výhradní dovozce firmy Atom Medical Corporation, 18-15, Hongo 3-chome,
Bunkyo-Ku, Tokyo 113-0033, Japan, která je výrobcem níže uvedeného zboží

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek

Novorozenecký inkubátor ATOM V-2100G

na nějž se vztahuje toto prohlášení,

je ve shodě s certifikovaným typem

splňuje základní požadavky a je za obvyklého použití pro svůj účel bezpečný a výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech zdravotnických prostředků uváděných na trh s jejich technickou dokumentací a se základními požadavky

Splňuje požadavky následujících norem: ISO9001/EN46001
IEC601-1:1988+A1:1991+A2:1995
IEC601-1-2:1993
IEC601-1-4:1996
IEC601-2-19:1990+A1:1996
EN5511:1991
ISO7767:1988

Třída: II b

Účel použití: určen pro péči o novorozence.

V Praze, dne 23.09.2005.



Lucie van Donselaarová
jednatelka společnosti