

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2005/1045

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8447

Zákazník

I.P.Pavlova 6

Ref.číslo dodavatele: 20050222

775 Olomouc

IČO 00098892

Periodická kontrola PZT dle zák. č.346/2003 Sb. § 28

Kontaktní osoba paní Ludvíková

Ověření stavu PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 52 **Oxymetr pulzní**typ **BCI 3304**výr.číslo **700936031**

výrobce BCI-USA

rok uvedení 2000

ref. číslo **FN-14-24**

elektrobezpečnost napaječ

klasifikační třída II b

v provozu - Děti 28B

Záznam o provedených kontrolách a měření

pracovní postup: PP BCI 3304

1. Kontrola označení
2. Kontrola dokumentace
3. Kontrola vizuální
4. Kontrola baterií
zdroj BCI 1612 - R>99MΩ - v pořádku
Vadná baterie - provedena výměna
5. Kontrola nastavení a kalibrace
6. Kontrola příslušenství
Model Výrobní číslo Stav%
jednorázovka

Kontrola funkčnosti**8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

Simulace		Alamy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+2	80+2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85+2	80+2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80+2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	35+1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98+2	250+5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmy				<input checked="" type="checkbox"/>
Optická signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>
Zvuková signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 30.11.2006 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

9.9.2005 Ivo Augsten

29.11.2005 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.