

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1653

Zákazník
 Fakultní nemocnice Olomouc
 I.P.Pavlova 6
 775 Olomouc IČO 00098892
 Kontaktní osoba paní Ludvíková Ivana

Objednávka zákazníka: DO 8834
 Ref.číslo dodavatele: 20060269
 Periodická kontrola PZT dle zák. č.346/2003 Sb. § 28
 Ověření stavu PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 52

Oxymetr pulzní typ **BCI 3304** výr.číslo **700936031**
 výrobce BCI-USA rok uvedení 2000 inv.číslo *i019120*
 elektrobezp. napaječ třída PZT II b v provozu DK 28B FN-14-24

Záznam o provedených kontrolách a měření pracovní postup: PP BCI 3304

1. Kontrola označení
2. Kontrola dokumentace
3. Kontrola vizuální
4. Kontrola zdroje a baterii
Zdroj BCI 1612 R iz >99 MOhm měřeno na R277 v.č. V1-1262
5. Kontrola nastavení a kalibrace
6. Kontrola příslušenství
 Model Výrobní číslo Stav% kalibrační

Kontrola funkčnosti**8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516
 3420,Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50+-2	80+-2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85+-2	80+-2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100-2	80+-2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98+-2	35+-1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98+-2	250+-5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmy				<input checked="" type="checkbox"/>
Optická signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>
Zvuková signalizace				<input checked="" type="checkbox"/>

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol
PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 15.1.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

13.12.2006 Ivo Augsten

5.1.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

1991 - 2006 ČAS NÁS PROVĚŘIL - 15 let poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, monitorování vitálních funkcí a ka

ALWIL Medical s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 451 fax: 475 209 183
 e-mail :info@alwilmedical.com , www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485