

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2007/1842

Zákazník

Fakultní nemocnice Olomouc

I.P. Pavlova 6

775 Olomouc

Kontaktní osoba paní Ivana Ludvíková

IČO 00098892

Objednávkačíslo: DIS0702751

Ref. číslo dodavatele: 20070313

Periodická kontrola PZT dle

zák. č. 346/2003 Sb. § 28

Ověření stavu PZT dle
zák. č. 346/2003 Sb. § 52

Oxymetr pulzní

výrobce BCI-USA

elektrobezp. napáječ

typ BCI 3304

rokuvedení 2000

třída PZT II b v provozu DK 28B

vyr. číslo 700936031

inv. číslo I019120-000

FN-14-24

Záznam o provedených kontrolách a měření

1. Kontrola označení

2. Kontrola dokumentace

3. Kontrola vizuální

4. Kontrola zdroje a baterií

Zdroj BCI 1612 R iz >99 MOhm měřeno na R277 v.č. V1-1262

5. Kontrola nastavení a kalibrace

6. Kontrola příslušenství

Model

Výrobní číslo

Stav%

kalibrační

pracovní postup: PP BCI 3304

Kontrola funkčnosti

8b) SpO2 modul

Tester SS-100A v.č. SS039516

3420, Onyx-DL3000 v.č. 8K011

Simulace		Alarmy		
SpO2	p/min	SpO2	p/m	
50±2	80±2	L	-	<input checked="" type="checkbox"/>
85±2	80±2	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
100±2	80±2	H	-	<input checked="" type="checkbox"/>
98±2	35±1	H	L	<input checked="" type="checkbox"/>
98±2	250±5	H	H	<input checked="" type="checkbox"/>

Alarmy

Optická signalizace

Zvuková signalizace

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad

Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák. 346/2003 Sb.

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 18.12.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

14.12.2007 Ivo Augsten

Kontrolu schválil

18.12.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepán elektronicky řízeným způsobem.

od 1991 poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, kapnometrie a monitorování vitálních funkcí
ALWIL Medical s.r.o., V Podhájí 778/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel: 475 210 451 fax: 475 209 183
e-mail: info@alwilmedical.com, www.alwilmedical.com
Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485