

Kontrolní protokol PBTK

(o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku dle § 27 zákona č.123/2000 Sb. v platném znění)

Protokol číslo : **PK08/VJ/196**

k výkazu práce číslo: 035435

Název přístroje: GALVANOSTIM	Výrobní číslo : PD 1462	Čís.zák. /208 08
Výrobce : Chirana Stará Turá	Třída el. bezp. : II.	Typ : BF
Provozovatel :	Adresa : FN Olomouc oddělení : Dětské 28.B	

1. Kontrola bezpečnostních parametrů přístroje

Kontrola unikajících proudů nepřímou metodou

P.č.	Unikající proud	Naměřená hodnota	Přípustná hodnota	Výsledek
1.1.	Síť - přístupná část	0,0 mA	0,5 mA	Vyhovuje
1.2.	Síť - příložná část typu F	0,0 mA	0,5mA	Vyhovuje
1.3.	Přístupná část - příložná část typu F	0,009 mA	5 mA	Vyhovuje

Kontrola přechodového odporu

1.4.	Přístroj + odpojitelny přívod	Druhá izolační třída	Druhá izolační třída	Vyhovuje
------	-------------------------------	----------------------	----------------------	----------

2. Kontrola funkčních parametrů přístroje

P.č.	Popis provedeného úkonu	Výsledek
2.1.	Prohlídka přístroje - vizuální kontrola	Vyhovuje
2.2.	Kontrola mechanických částí	Vyhovuje
2.3.	Kontrola síťové části včetně pojistek	Vyhovuje
2.4.	Kontrola pacientního kabelu, elektrod a přís.	Vyhovuje
2.5.	Kontrola nastavení, funkce, ovládání a signalizace	Vyhovuje
2.6.	Kontrola správné hodnoty výstupního proudu, napětí a tvaru impulsů ve všech režimech	Vyhovuje
2.7.	Funkční zkouška dle předpisu výrobce-dovozce	Vyhovuje

3. Poznámky, připomínky, doporučení

Bez připomínek.

4. Závěr

Přístroj **SPLŇUJE** požadované parametry ve smyslu platných předpisů. **SCHOPEN DALŠÍHO BEZPEČNÉHO PROVOZU**

Použité měřicí přístroje přístroje (název, typ, v.č.) :
MEDITEST 50 v.č. 980442, Multimetr Metex M-4950CR EF 711828, Osciloskop KIKUSUI 28070426

Datum provedení kontroly : 1.8.2008

Datum příští PBTK do : 1/2009

Kontrolu provedl

: Jan Vojkoický
Frýdek-Místek s.r.o.



Revoluční 1280
738 01 Frýdek-Místek

Protokol převzal

-12-

89	
301	
101	

(datum, jméno a podpis)