

firma: Hruška Zdeněk, Růžová 158, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 63686121

Datum: 22.12.2006

číslo protokolu: 06058

### Protokol o provedené technické kontrole zdravotnického prostředku

Název	DOROZUMIVACÍ ZAŘÍZ	typ	COMMAX
výrobce	KOREA	rok výroby	1999
klinika	DK	oddělení	21A
výrobní číslo	bez v.č.	inv.číslo	D031459-000

#### Vizuální kontrola

kryt přístroje	OK
ovládací prvky	OK
síťový přívod	OK

#### Bezpečnostní elektrická zkouška

Un (V)	220V	metoda:	izolační stav-náhradní měření	
Pn (W)	50W	přímé	síťová část	
tř.ochrany	I.	měření	příložná část	<0,02mA
mat.přívodu	3x0,75	unikajících	příložná část	
délka přívodu	1,5m	proudů	přístupná část	<0,01mA

#### Ověření technických parametrů

	naměřená hodnota	stanovená hodnota
kontrola napájecího zdroje +/- 24V	23,6V	24V
nastavení úrovně 500mV do sluchátka	500mV	500mV
nastavení úrovn 500mV do reproduktoru	510mV	500mV

#### Použité měřicí přístroje

Název	Typ	v.č.	číslo protokolu
kontrolní a revizní přístroj	Meditest 50	204036	00200/1M50
monitorní tester	LCO 100	AD 0704	25/2004
digitální multimetr	HC-M 890 G	BH142XP04	01/12/04
posuvné měřítko	Somet Inox	-	
stopky	Slava	178062	

X Kontrolovaný přístroj splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj po odstranění závad splňuje technické parametry dané výrobcem

Kontrolovaný přístroj nesplňuje technické parametry dané výrobcem

**Hruška Zdeněk**  
Výroba, instalace a opravy  
el. strojů a přístrojů  
Růžová 158, Valašské Meziříčí  
IČO: 63686121

Doporučený termín příští kontroly : XII 07

Vypracoval : Zdeněk Hruška