

Kontrola prostředku zdravotnické techniky kontrola č.: 2006/1652

Fakultní nemocnice Olomouc

Objednávka zákazníka: DO 8834

Zákazník

I.P.Pavlova 6

Ref.číslo dodavatele: 20060269

775 Olomouc

IČO 00098892

Periodická kontrola PZT dle zák. č.346/2003 Sb. § 28

Kontaktní osoba paní Ludvíková Ivana

Ověření stavu PZT dle zák. č. 346/2003 Sb. § 52 **Oxymetr pulzní**typ **BCI 3040**výr.číslo **160180992**výrobce **BCI-USA**

rok uvedení 1996

inv.číslo **D025141**

elektrobezp.

třída PZT II b v provozu **DK 21A****FN-14-26****Záznam o provedených kontrolách a měření**

pracovní postup: PP BCI 3040

1. Kontrola označení *doplněno chybějící výrobní číslo*2. Kontrola dokumentace 3. Kontrola vizuální 4. Kontrola zdroje a baterií *Zdroj BCI 5041 R iz >99 MOhm měřeno na R277 v.č.V1-1262*5. Kontrola nastavení a kalibrace 6. Kontrola příslušenství

Model Výrobní číslo Stav%

ALV 51001004 80 **Kontrola funkčnosti****8b) SpO2 modul**

Tester SS-100A v.č.SS039516

3420,Onyx-DL3000vč.8K011

Simulace Alamy

SpO2 p/min SpO2 p/m

50+2 80+2 L - 85+2 80+2 - - 100-2 80+2 H - 98+2 35+1 H L 98+2 250+5 H H Alamy Optická signalizace Zvuková signalizace

9. Zhodnocení stavu PZT, doporučení, varování, závěr a termíny následných kontrol

*PZT nevykazuje zjevné závady a kontrolní testy proběhly bez závad***Kontrolovaný PZT splňuje požadavky podle §28 zák.346/2003 Sb.**

Ověřit dle §52 do:

Kontrola dle §28 do: 15.1.2008 Hipot test do:

Kontrolu provedl

Kontrolu schválil

13.12.2006 Ivo Augsten

5.1.2007 Ing. Pavel Kabrle

Dokument je podepsán elektronicky řízeným způsobem.

1991 - 2006 ČAS NÁS PROVÉŘIL - 15 let poskytujeme služby v oblastech pulzní oximetrie, monitorování vitálních funkcí a ka

ALWIL Medical s.r.o., V Podhájí 776/30, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: 475 210 451 fax: 475 209 183
e-mail : info@alwilmedical.com , www.alwilmedical.com

Certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 13485