

Člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

PROTOKOL O PERIODICKÉ BEZPEČNOSTNĚ TECHNICKÉ KONTROLE

podle zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Zdravotnický prostředek – typ: <i>M - 103 20 l/min</i>	Výrobní číslo: <i>2/97</i>	Inventární číslo:
Výrobce: <i>M2 LIBEREC</i>	Zdravotnický prostředek třídy: <i>IIb</i>	
Poskytovatel zdravotní péče: <i>F.N. OLOMOUC I.P. Parlova 6</i>		

Parametr				Vyhovuje	
				ANO	NE
- kontrola poškození				☒	☐
- kontrola ovládacích prvků				☒	☐
- kontrola čitelnosti popisů				☒	☐
- kontrola mechanických částí				☒	☐
- funkční kontrola				☒	☐
rozsah: <i>1-20 l/min</i>				Vyhovuje	
		nastavená hodnota	naměřená hodnota	ANO	NE
1	průtok	05 l/min	<i>50 l/min</i>	☒	☐
2	průtok	10 l/min	<i>61 l/min</i>	☒	☐
3	průtok	15 l/min	<i>149 l/min</i>	☒	☐

Použité měřidlo: <i>AALBORG MASS FLOW METER – GFM37</i>	Kalibrace do: <i>7/2009</i>
--	--------------------------------

Technický stav:

Zařízení bylo zkontrolováno, je bezpečné a schopné plnit správně funkci pro níž bylo určeno.

Termín příští prohlídky: *1/2009*

DN FORMED BRNO
s.r.o.
612 48 BRNO, Hudcova 76a

Servisní technik: Jan Horňák

DN FORMED BRNO
s.r.o.
HORŇÁK JAN - servisní technik
HUDCOVA 76a, 612 48 BRNO
Mob.: 724 830 905

Dne: *16/4. 08*

razítko a podpis servisního technika:

[Podpis]