



OMS - ZOLL s.r.o., Sedliště ve Slezsku 384, 739 36 okres Frýdek-Místek
tel.: 558 658 408, fax: 558 658 409, e-mail: oms@oms.cz, www.oms.cz

Protokol o zaškolení obsluhy

Na přístroj typu DEFIBRILÁTOR ZOLL Msc'rig

výr.číslo T08B99294 - 539.01

s příslušenstvím k dodacímu listu č. DL2 2008 - 0223

Název uživatele: FN OLOMOUC Oddělení: DK GIPP

Osoby zaškolené k obsluze:

Titul:	Funkce:	Jméno:	Příjmení:	Podpis:
3e.	VICINÍ SESTRA	RENATA	HAUENLOVA'	
3e	V. SESTRA	MIRKA	DRŽKOVA'	
3e	LEKAR	EVA	KLÁSKOVA'	
MUDR.		JOSEF	TERORA	
MUDR.	LEKAR	PETRA	VENTALCOVA'	
MUDR.	LEKAR	JANA	ŠILADOVA'	
3e	3e	JAN	PODEŠIL	
MUDR.	3e	JAROMIR	WIEDERMANN	
MUDR.	LEKAR	PAGMAR	POSPÍŠIL	
3e	3e	Zbyněk	NOVÁK	
	STANIČNÍ SESTRA	SUĚTLANÁ	KAŠICHOVA'	
	3e	JANA	PASČLOVA'	
	3e	RENATA	VYHLÍDALOVA'	
MUDR.	LEKAR	PETRA	LEDEREROVA'	
	3e	BLANKA	KREJČÍKOVÁ	
	3e	JARMILA	GRUNDOVA' 20.5.08	
3e	3e	SIMONA	FILIPKOVA' 20.5.08	
	3e	EVA	HÜLKOVÁ' 24.5.08	
	3e	MARTA	TRÍSKOVÁ' 24.5.08	

Osoby zaškolené k obsluze:

[illegible]

Přístroj byl uveden do provozu a předán plně funkční, bez vnějšího poškození. Bylo provedeno zaškolení obsluhy. Dodací list slouží zároveň jako záruční list. Uchovejte prosím pro případ reklamace. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu s veškerým příslušenstvím a doloženo potvrzeným záručním listem.

Zaškolení obsahovalo ovládání a obsluhu přístroje, poučení o výstražných upozorněních dle návodu k obsluze, poučení o indikacích a kontraindikacích použití jednotlivých funkcí přístroje, byly probrány bezpečnostní předpisy, lhůty pravidelných kontrol, způsob čištění, dezinfekce, údržby a testování baterií.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávnou obsluhou a manipulací s přístrojem nebo nedodržováním instrukcí dle návodu k obsluze. Záruka automaticky zaniká při jakémkoliv zásahu do přístroje nepovolanou osobou. Na dodaný přístroj se vztahuje povinnost pravidelných bezpečnostních revizí dle zákona č. 123/2000 Sb.

Zaškolená osoba uvedená na tomto protokolu je povinná zaškolit veškerý další personál, který bude pracovat s výše uvedeným zařízením. O tomto dalším zaškolení bude vedena písemná dokumentace pro potřeby SÚKL.

Při zaškolení BYL ~~NEBYL~~ předán návod k obsluze v českém jazyce.

V případě použití přístroje ve vozidle, musí být přístroj upevněn v homologovaném držáku zabezpečujícím přístroj proti deformaci nebo vypadnutí při nárazu vozidla.

Za prodávajícího zaškolil dne: 30.4.2008

Jméno: JOSEF BAK Podpis:

Podpis:

ZOLL s.r.o.
Sedliště ve Slezsku 384
739 36 Sedliště
DIČ: CZ46580379