

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
 provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc		Umístění přístroje (klinika, oddělení): DK-JIRP, 6.p.	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
		Inventární číslo: 16631	
Název a typové označení přístroje: Babylog 2000		Výrobní číslo: ARLD-0009	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
 Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje
 Ovládací prvky
 Alarmové a bezpečnostní funkce
 Funkční kontrola přístroje
 Kontrola měřených veličin
 Kalibrace měřených veličin
 Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
 Návod k použití

	vyhovuje ano	nehovuje ne	neprováděno
	☒	☐	
	☒	☐	
	☒	☐	
	☒	☐	
	☒	☐	
	☒	☐	
	☐	☐	☒
	☒	☐	☐
	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,14 Ω

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:

0,50 mA

unikající proud síťová část – příločná část:

mA

	vyhovuje ano	nehovuje ne	neprováděno
	☒	☐	☐
	☒	☐	☐
	☐	☐	☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	9/2007
Thermometer	2M11111	trvalá

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
 dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
 za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 13.12.2006

Jméno technika:
 Ing. Pavel Škarka

Podpis:



Termín příští kontroly: 30.6.2007