

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: Fakultní nemocnice Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Novorozenecké 16 A	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventární číslo: 17973	

Název a typové označení přístroje: Babymix	Výrobní číslo: AAAA-0009	Výrobce: Dräger
	Verze SW:	Rok výroby: 1988
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☐	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☒
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☐	☒
Izolační stav přístroje:		
unikající proud síťová část – přístupná část:	☐	☒
unikající proud síťová část – příločná část:	☐	☒

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200313	10/2008
Thermometer	2M11111	trvalá

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle Zákona 123/2000 Sb. v platném znění
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Pavel Škarka

Podpis:

Kontrola provedena dne 27.6.2007

Termín příští kontroly: 31.12.2007

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10
DIČ: CZ26700760