

13.04.04

11:33

Zakaznik: FN Olomouc
 I.P. Pavlova 6
 775 20
 Olomouc

Přístroj: Uchvacovací
 Výrobce: Linet s.r.o.
 Typ: Infanta 2
 Vyr. číslo: 06

Oprava: Preventivní prohlídka dle
 IEC 601-1

Spotřebič: na zasklápění Tr.L/8

	Mer. hodnoty	Mez. hodnoty
RSL	0,047Ω	<0,200Ω
RISO	>310,0MΩ	>2,000MΩ
UISO	0,528V	0,500V
UHV		0,150kV
ΔI	0,251mA	<3,500mA
ULN	233,6V	230,0V
Unproud zemi/krytí		
IEA,NC	0,247mA	<0,500mA
IEA,SF	0,030mA	<1,000mA

IEC 601 v pořadí

Funkční zk. v pořadí

Vizuální zkouška v pořadí

Funkc. zkouška

P _{max}	1420	W
LF	0,73	
I _{max}	6,16	A
U	0,020	kWh
t	00:02:26	