

13.04.04

10:11

Zakaznik: FM Olomouc
 I.P. Pavlovic 6
 775 20
 Olomouc

Přístroj: Uhřevné lužko
 Výrobce: Linet s.r.o.
 Typ: Infanta 5
 Vyr. číslo: 03

Oprava: Preventivní prohlídka dle
 IEC 601-1
 výměna elektroniky
 v.c. 02+ za 062

Spotřebič: na zásuvce Tr.I z B

	Mer. hodnoty	Mez. hodnoty
RSL	0,062Ω	<0,200Ω
RISO	>310,00Ω	>2,000MΩ
UISO	0520V	0500V
UHU		01,50kV
ΔI	0,223mA	<3,500mA
ULN	233,9V	230,0V
Unproud zemi/krytem		
IER,NC	0,219mA	<0,500mA
IER,SF	0,468mA	<1,000mA
IUX,NC	000,34A	<0,100mA
IUX,SF	221,84A	<0,500mA

IEC 601 v pořadí

Funkční zk. v pořadí

Vizuální zkouška v pořadí

Funkc. zkouška

Pmax 114,9 W
 LF 0,99
 Ipmx 5,08 A
 W 0,018 kWh
 t 00:04:00