

Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník	FN Olomouc	Dětská kl. - JIP
Přístroj	Pulsní oxymetr	
Typ	N-20	
Výrobní číslo	21401516 (I019036)	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
☒	☐	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
☒	☐	Ovládací prvky, signalizace
☒	☐	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina		Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče		Ω	max. 0,3 Ω
Izolační odpor		M Ω	min. 20 M Ω
Celkový unikající proud	Přístupná část	mA	max. 0,5 mA
	Příložná část	mA	max. 0,05 mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Jan Pasečný
Podpis

Provedeno dne: 14.3.2007
Datum příští kontroly: 3/2008


Jan PASEČNÝ
zdravotnická technika
Na Močárku 19, 724 00 Ostrava - St. Bělá
IČ: 677 03 666, DIČ: CZ7101055577
tel.: +420 604 486 960