

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Dětská klinika JIP	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventární číslo: 18138	

Název a typové označení přístroje: Plicní ventilátor Evita 2 dura	Výrobní číslo: ARLH-0069	Výrobce: Dräger
	Verze SW: 4.14	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☐ BF ☒ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☒ NE ☐		

Periodická provozní kontrola

vyhovuje neprováděno
ano ne

Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☒	☐	☐
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

vyhovuje neprováděno
ano ne

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,18 Ω	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:				
unikající proud síťová část – přístupná část:	0,32 mA	☒	☐	☐
unikající proud síťová část – příložná část:	0,004 mA	☒	☐	☐

Použité měřicí přístroje:


Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	08/2009
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	09/2008
Průtokoměr RAGL41	253373/00133	09/2008

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
a dle §52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 30. 4. 2008

Termín příští kontroly: 12/2008