

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Dětská klinika JIP 21C	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventurní číslo:	

Název a typové označení přístroje: Zvlhčovač Aquapor		Výrobní číslo: ARLD-0071	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐
Ovládací prvky	☒	☐
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐
Funkční kontrola přístroje	☒	☐
Kontrola měřených veličin	☒	☐
Kalibrace měřených veličin	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☒
Návod k použití	☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	neprováděno ne
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	0,20 Ω	☒ ☐ ☐
Izolační stav přístroje:		
unikající proud síťová část – přístupná část:	0,01 mA	☒ ☐ ☐
unikající proud síťová část – příločná část:	mA	☐ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:


Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	01/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	09/2008

- Výsledek kontroly:**
- ☒ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
a dle §52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
- ☐ přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do
- ☐ přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:



Kontrola provedena dne 17. 10. 2007

Termín příští kontroly: 06/2008

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10