

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Dětská klinika JIP	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventurní číslo:	

Název a typové označení přístroje: Zvlhčovač Aquapor	Výrobní číslo: ARLD-0071	Výrobce: Dräger
	Verze SW:	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje
Ovládací prvky
Alarmové a bezpečnostní funkce
Funkční kontrola přístroje
Kontrola měřených veličin
Kalibrace měřených veličin
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení
Návod k použití

vyhovuje
ano ne

☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☒	☐
☐	☐
☐	☐
☒	☐

Kontrolní elektrická zkouška

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,20 Ω

Isolační stav přístroje:

unikající proud síťová část – přístupná část:
unikající proud síťová část – příložitná část:

0,01 mA
mA

vyhovuje
ano ne

☒	☐	☐
☒	☐	☐
☐	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	06/2006

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
a dle § 52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 4. 11. 2005

Termín příští kontroly: 06/2006

Dräger Medical s.r.o.
Pod Sychrovem I-81
101 00 PRAHA 10