

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Dětská klinika JIP 21C	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventurní číslo:	

Název a typové označení přístroje: Zvlhčovač Aquapor	Výrobní číslo: ARLD-0071	Výrobce: Dräger
	Verze SW:	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐
Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒		

Periodická provozní kontrola

Kontrola vnějších závad nebo poškození

vyhovuje
ano ne

☒ ☐

Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje

☒ ☐

Ovládací prvky

☒ ☐

Alarmové a bezpečnostní funkce

☒ ☐

Funkční kontrola přístroje

☒ ☐

Kontrola měřených veličin

☒ ☐

Kalibrace měřených veličin

☐ ☐ ☒

Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení

☐ ☐ ☒

Návod k použití

☒ ☐

Kontrolní elektrická zkouška

vyhovuje
ano ne

Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):

0,20 Ω

☒ ☐ ☐

Izolační stav přístroje:

unikající proud síťová část - přístupná část:

0,01 mA

☒ ☐ ☐

unikající proud síťová část - příločná část:

mA

☐ ☐ ☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	07/2008
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	12/2006

Výsledek kontroly:



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění
odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben



přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu
za předpokladu odstranění závad v termínu do



přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Kontrola provedena dne 8. 11. 2006

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Termín příští kontroly: 06/2007

Drägermedical
Pod Sychrovem I-81
101 00 Praha 10