

PROTOKOL

o periodické bezpečnostně technické kontrole zdravotnického prostředku
provedené dle předpisů výrobce, Doporučení ČES 33.03.95, ČSN EN 60601-1, VDE 0751

Uživatel přístroje: FN Olomouc	Umístění přístroje (klinika, oddělení): Dětská klinika JIP 21C	Číslo smlouvy / objednávky: 9128
	Inventární číslo:	

Název a typové označení přístroje: Zvlhčovač Aquapor		Výrobní číslo: ARLD-0071	Výrobce: Dräger
		Verze SW:	Rok výroby: 1997
Zkoušeno podle VDE 0751 ☐ IEC 601 ☒	Třída ochrany: I ☒ II ☐	Typ: B ☒ BF ☐ CF ☐	Odpojitelný síťový přívod: ANO ☐ NE ☒

Periodická provozní kontrola

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Kontrola vnějších závad nebo poškození	☒	☐	
Napájecí přívody (el., plyny), test po zapnutí přístroje	☒	☐	
Ovládací prvky	☒	☐	
Alarmové a bezpečnostní funkce	☒	☐	
Funkční kontrola přístroje	☒	☐	
Kontrola měřených veličin	☒	☐	
Kalibrace měřených veličin	☐	☐	☒
Kontrola akumulátoru, simulace výpadku napájení	☐	☐	☒
Návod k použití	☒	☐	

Kontrolní elektrická zkouška

	vyhovuje ano	ne	neprováděno
Odpor ochranného vodiče (u přístroje tř. I):	☒	☐	☐
Izolační stav přístroje:			
unikající proud síťová část – přístupná část:	☒	☐	☐
unikající proud síťová část – příložitná část:	☐	☐	☐

Použité měřicí přístroje:

Název, typ	Výrobní číslo	Platnost kalibrace
Meditest 50	200199	08/2009
Digitální tlakoměr DPI 705	70528998	09/2008

Výsledek kontroly:	☒	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu a dle §52 zákona 123/2000 Sb. v platném znění odpovídá technickým normám, podle nichž byl vyroben
	☐	přístroj schopen bezpečného a spolehlivého provozu za předpokladu odstranění závad v termínu do
	☐	přístroj není schopen bezpečného provozu

Kontrolní známka vylepena

Jméno technika:
Ing. Radomír Lukáš

Podpis:

Kontrola provedena dne 30. 4. 2008

Termín příští kontroly: 12/2008