

Inverzní mikroskop Olympus CK2

Identifikační číslo: 1012982-000

Výrobce: Olympus

Uvedení do provozu: 1978

Umístění: TK AQ101060

Zodpovídá: J.Lipert

Údržba: okuláry otírat suchým hadříkem bez chloupků nebo Kimwipes ubrousky ,pravidelná údržba servisem

Zaškolení k ovládní přístroje:

J.Lipert,A.Janošřáková,J.Opluštilová,M.Špenerová,M.Rabčanová,P.Hostášková,P.DžubákM.

K.,Kollaredy,S.Wiecek,D.Holub,G.Rylová

Bezpečnosti rizika: běžná rizika jako při práci s el.přístrojem

Zkrácený návod k obsluze:

- 1.Hlavní vypínač – zelené tlačítko na boku
- 2.Hrubé a jemné zaostření na levé straně přístroje
- 3.Posuv – levá horní strana
4. Různá zvětšení – volně otočné.
- 5.Po ukončení práce se vypne hlavní vypínač.