

Paní Stárková
Ortop. klinika Olomouc

Protokol o roční kontrole zdravotnického zařízení

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

typ: FF sonic UF-3500 FUKUDA DENSHI

Videoprinter P-91E MITSUBISHI

umístění přístroje:

výrobní číslo: 12071765

135398

NAMĚŘENÉ HODNOTY

izolační odpor: $>20 \text{ M}\Omega$

přechodový odpor: $< 0,2 \Omega$

unikající proud: $< 10 \mu\text{A}$

VIZUÁLNÍ KONTROLA

KONTROLA PARAMETRŮ A FUNKCE DLE PŘEDPISU VÝROBCE

POZNÁMKY

POUŽITÉ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

PU 184 Delta, v.č. 104477017

Termín konečné platnosti kalibrace revizního přístroje: 7.4. 2005.

ZÁVĚR

Po provedení periodické kontroly doporučené výrobcem a stanovené zákonem č.123/2000 Sb. bylo zjištěno, že přístroj **vyhovuje** - **nevyhovuje** a **je** - **není** schopený bezpečného a spolehlivého provozu.



Kontrolu provedl: Alois Ondřej

dne: 14.10.2004