

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>7103</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLDMOUC</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DIS 070107</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.	_____	• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>424</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>7.6.2007</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>6. 2008</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 7.6.2007 Místo: Pohor

Podpis technika: ROBERT VALŠEK

Podpis zadavatele: _____

Түр OT11A

výrobní číslo 424

a revizi podle ČSN 33 1600 a norem souvisejících v platném znění

Mázev el. spořitelňa:

Inventárny číslo:

D059556-000

Majitel el. spoločnosť:

3) Skupina používání:

Výrobc:

8.1.E. 90/500.

Typové označení:

$$2) U_n[V]$$

2) 1. 1. 1.

1 rok výchovy:

Výrobní číslo:

424

ochrany: 7

FN OLOMOVE PL-JIP29A

PK-31P29A

07175

230

03

$$2) \text{ } \left| w \right|$$

ochrany: 7

[illegible]

1) Ilovača: K - kontrola; R - revizija

Za kvalitu inuvenovité hodnoty spořichčiče.

3) viz. ČSN 133 1611

²Uvedle: V - vyhověl; H - nevyhověl

5) *Uvettia*:

- měření proudů prolétajícího ochranným vodičem

IR - měřením proudů ochranným vodičem jako rozdílového proudů,

D - měření dotykového proudu

10B - měření rozdílového proudu

M - měření náhradního mikafického produktu

6) Uvedle:

S - přístroj měřen samostatně

P - přístroj s pevně připojeným silovým přívodem

O - přístroj s odpovídajícím slovním převodem

PPZ - prodlužovací přívod