

výrobní číslo 427

provedené podle § 52, § 27, § 28 zákona 123/2000 Sb. v platném znění

Název el. spoločnosti:	PEVŤOKOVÝ	Inventárny číslo:	D05A229A-000
Odhoväť TRANS. A INVEZI		Skupina používateľ:	
Majiteľ el. spoločnosti:		Výrobca:	R.T.E. spol. s r.o.
FN OLOMOUC	BEI JIP	Typové označenie:	077 119
		$2U_{II} [V]$	230
		$2U_{II} [A]$	0,3
		$2U_{II} [W]$	2004
		Rok výroby:	427
		Výrobné číslo:	427
		Ufida ochrany:	1.

Datum kontroly či revize	Typ ¹⁾	Výsledek prohlídky - zjištěné závady (vyřádkení, závěry)	Vyhodnocení ⁴⁾	Odpor ochranného vodíče u spotřebiče třídy I [Ω]	Izolační stav			Podmínky měření		Zkouška chodu/ vyhodnocení ⁴⁾	Celkové vyhodnocení ⁴⁾	Termín další revize	Vykonat Jméno (člelně) a podpis
					Izolační odpor [MΩ]	Měřený proud Metoda ⁵⁾ / [mA]	Sostava ⁶⁾	Délka střového přívodu [m]					
27.5.2008	R	Průběh napájecího vodiče a ochranného vodiče	V	0,09	> 20	22	0,10	P	2,5	V	V	6 má	Robert Vlach R.V.

ZKUŠEBNÍ PROTOKOL OTI 1A

1. Číslo zakázky	<u>8078</u>	12. Funkční kontrola	v pořádku	závada
2. Zadavatel	<u>FN OLOMOC</u>	• vypínání tepelné pojistky	☒	0
3. Č. objednávky	<u>DIS0801402</u>	• el. kontrola topné cívky	☒	0
4. Podpis zadavat.		• světelná signalizace		
5. Název přístroje	Ohřívač transfuzí a infuzí	stavu zapnuto	☒	0
6. Výrobce	R.T.E. spol. s r.o.	• spínání termostatu	☒	0
	PRAHA 8	• teplota spirály	☒	0
7. Typ	OTI 1A	• kontr. dlouhodobé stability	☒	0
8. Třída bezpečnosti I		• kontr. OTI1ADIS	☒	0
9. Výrobní číslo	<u>427</u>	13. Kontrola elektrické bezpečnosti		
10. Datum zkoušky	<u>27.5.2008</u>	• přechodový odpor	☒	0
11. Vnější prohlídka	v pořádku	• izolační odpor	☒	0
	závada	• unikající proudy		
• kryty	☒	PE- spirála	☒	0
• závěs horního krytu	☒	14. Vyhodnocení		
• síťový vypínač	☒	Přístroj je zcela funkční a měřené		
• krytka vypínače	☒	parametry jsou stabilní	☒	0
• síťový přívod	☒	15. Datum příští kontroly		
• průchodka kabelu	☒	<u>5.2009</u>		
• zadní čelo	☒			
• spirála	☒			
• etikety	☒			
• pečete	☒			
• tepelná pojistka	☒			
• pojistkový kroužek	☒			
• topná cívka	☒			
• termistor th1 NTC	☒			
• těsnění	☒			
• deska elektroniky	☒			
• displej	☒			
• termistor th2 displeje	☒			

Datum: 27.5.2008 Místo: Pohoří

Podpis technika: Robert Vlnář

Podpis zadavatele: _____