

I 018059

Posouzení vlastností a technického stavu

ASQA a.s. potvrzuje, že níže uvedený přístroj splňuje
požadavky zákona 123/2000 Sb., § 52, odst. 4
a je možné jej používat při poskytování zdravotní péče.

*Přístroj odpovídá technické specifikaci výrobce
Smiths Medical International Ltd.
(dříve Graseby Medical Ltd. nebo SIMS Graseby Ltd.)
platné v době jeho výroby.*

Popis: Graseby 3100 Syringe Pump

Ref. číslo: 0131-0001

Výrobní číslo: 36 522

Vlastník: FN Olomouc

Certifikát vydán společností: ASQA a.s.

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Číslo certifikátu: 05-0018

Autorizováno: *ser*

Datum: 27.9.2005

Výrobce doporučuje u tohoto typu přístroje periodickou prohlídku 1x ročně.

Doporučené datum následující periodické prohlídky: 27.9.2006

**PROTOKOL
O PROVEDENÍ PERIODICKÉ PROHLÍDKY**

pumpa Graseby 3100 / výrobní číslo:

036 J22

Krok	Test	provedeno	výsledek/poznámka/naměřené hodnoty
1	Mechanická prohlídka	OK	
2	Zkouška elektrické bezpečnosti provedena přístrojem Metra typ PU194DELTA-10A výr. číslo: 115513010	OK	Izolační odpor (Mohm) : <u>2 400</u> Unikající proud (mA) : <u>0,00</u>
3	Po prvním zapnutí	OK	
4	Čidla velikosti stříkačky	OK	
5	Membránová tlačítka a displej	OK	
6	Výpadek napájení	OK	
7	Lineární přesnost	OK	<i>vyhovuje povolení odchylce $\pm 0.3\text{mm}$ měřeno přístrojem OP31-OR30</i>
8	Okluze	OK	
9	Vyrovnání svorky pístku	OK	
10	Alarm otevřené svorky pístku a uvolněného vodicího šroubu	OK	
11a	výstražné zprávy "NEARLY EMPTY" a "EMPTY"	OK	
11b	Alarm "<3 mins to END (KVO=.5)" a "END (KVO=.5)"	OK	

Podpis Technika :

Datum provedení prohlídky:

27.9.2005

ASQA a.s.

Za potokem 46, 106 00 Praha 10
tel.: 272 761 350, fax: 272 761 351
IČO: 27125971, DIČ: CZ 27125971

Doporučené datum následující periodické prohlídky:

27.9.2006

Tel.: 272 761 350
Fax: 272 761 351

ASQA a.s., Za potokem 46, 106 00 Praha 10
e-mail: servis@asqa.cz www.asqa.cz