

Protokol o provedení bezpečnostně technické kontroly zdravotnického prostředku

Bezpečnostně technická kontrola zdravotnického prostředku je prováděna dle § 27 zákona 123/2000 Sb. v úplném znění v rozsahu stanoveném výrobcem dle technické dokumentace.

Zákazník: Fakultní nemocnice Olomouc
I.P. Pavlova 6, Olomouc, 77520
Oddělení: Ortopedická klinika JIP-29A
Přístroj: Germicidní svítidlo
Typ: GK DB30
Výrobní číslo: 6/O
Inventurní číslo: ---
Třída ochrany: I.
Zdravotnické zařazení: ---

Provedené testy, zkoušky, měření	Vyhovuje	Nevyhovuje
Funkční zkouška		
Vizuální kontrola	☒	☐
Kontrola účinnosti trubic	☒	☐

Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno
Celkový unikající proud	El. impedance ochranného vodiče
	0,15 Ω
	Izolační odpor
	200 M Ω
Účinnost UVC záření	Unikající proud
	0,22 mA
	230 – 280 nm
	9,8 mW/cm ²

Použité měřicí přístroje:	- UV-C meter KÜHNAST 230-280 nm
	- voltometr M 2012
	- Meditest 50

Výsledek prohlídky:

Uvedený zdravotnický prostředek odpovídá hodnotám předepsaným výrobcem. Zkontrolovaný přístroj je **plně funkční a bezpečný** zdravotnický prostředek a splňuje požadavky pro používání při poskytování zdravotní péče.

Technik: Tomáš Spáčil

Podpis:



Datum prohlídky: 28. 5. 2008

Datum další doporučené prohlídky: 28. 5. 2009