

PROTOKOL O KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE

[illegible]

VÝSLEDEK KONTROLY: BEZ ZÁVAD

EVIDENČNÍ ČÍSLO: 20050574

PROTOKOL O ELEKTRICKÉ KONTROLE ZDRAVOTNICKÉHO PŘÍSTROJE DLE ČES 33. 03. 95

JMENOVITÉ HODNOTY PŘÍSTROJE:		Un = 230 V	Pn = 380 W
TRÍDA OCHRANY: T			
SESTAVA:			
☐	přístroj měřen samostatně (nevyplňuje se délka (m))		
☐	přístroj s pevně připojeným síťovým přívodem o délce.....m		
☒	přístroj s odpojitelným síťovým přívodem o délce.....2m		
ODPOR OCHRANNÉHO VODIČE (POUZE U PŘÍSTROJŮ TRÍDY I): 0,1Ω			
UNIKAJÍCÍ PROUD:			
☒	síťová část - přístupná část N = 0,07 mA U = 0,02 mA R = 0,07 mA (max 1mA)		
☒	síťová část - příložná část N = 0,041 mA U = 0,019 mA (max 0,5mA)		
☒	přístupná část - příložná část R = 0,11 mA (max 0,5mA)		
POUŽITÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ: MEDITEST 50		ČÍSLO PŘÍSTROJE: 200 324	
VYHOVĚL ZKOUŠCE CHODU:		vyhověl - nevyhověl	
VYHOVĚL KONTROLE DLE ČES 33. 03. 95 :		vyhověl - nevyhověl	
ZÁVADY: BEZ ZÁVAD			
ZÁVĚR: BYLA PROVEDENA PRAVIDELNÁ SERVISNÍ PROHLÍDKA DLE ZÁKONA č.123/00 sb. přístroj vyhovuje - nevyhovuje			
TERMIN PŘÍŠTÍ KONTROLY PŘÍSTROJE: 10/2006			
KONTROLU PROVEDL:			
V LIŠOVĚ		DNE 27.10.2005	
POTVRZENÍ ORGANIZACE:		ALFAMEDIC v.o.s. Tř. 5. května 458 373 72 Lišov podpís: CZ0051300	