

## Protokol o prověření zdravotnického prostředku dle zákona 346/2003, §52, odstavec 4

Zákazník	FN Olomouc	Ortopedická kl. - JIP
Přístroj	Pulsní oxymetr	
Typ	N-180	
Výrobní číslo	21406123 (I017996)	

Vyhovuje	Nevyhovuje	Provedené kontroly
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vizuální kontrola (mechanické části, kabely)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ovládací prvky, signalizace
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Funkční kontrola zařízení v rozsahu dle výrobce

### Bezpečnostní test – měření

Měřená veličina	Naměřeno	Limit
Odpor ochranného vodiče	0,04 $\Omega$	max. 0,3 $\Omega$
Izolační odpor	>20 M $\Omega$	min. 20 M $\Omega$
Celkový unikající proud	Přístupná část	0,05 mA
	Příložná část	mA

Použitý měřicí přístroj: Meditest 50 v.č. 204009

### Výsledek prohlídky (závěr):

Prověřený zdravotnický prostředek vyhovuje technickým předpisům podle nichž byl vyroben. Zkontrolovaný přístroj je plně funkční a bezpečný zdravotnický prostředek a je možno ho používat při poskytování zdravotní péče v souladu s návodem k použití.

Technik: Jan Pasečný  
Podpis

Provedeno dne: 14.3.2007  
Datum příští kontroly: 3/2008



**Jan PASEČNÝ**  
zdravotnická technika  
Na Močárku 19, 724 00 Ostrava - St. Bělá  
IČ: 677 03 666, DIČ: CZ7101055577  
tel.: +420 604 486 960

