

Protokol o periodické prohlídce PZT

Název přístroje: Motorový systém Integral EC
Provozovatel: Fakultní nemocnice Olomouc
 I. P. Pavlova 6
 775 20 Olomouc

Typ: GD623
Výrobce: AESCULAP AG & CO. KG
 78532 Tuttlingen / Germany

inv. č.: I022447-000
 výr. č.: 1581
 obj. č.: GD623

Technickou prohlídku je nutné provádět v souladu se zák. 123/2000 Sb. v pravidelných intervalech stanovených výrobcem podle návodu k použití, servisního návodu a příslušných technických předpisů a norem. Používejte pouze kalibrované měřicí přístroje a servisní pomůcky.

Vizuální kontrola		
Provedený úkon	Zjištěné nedostatky	Potvrzení
Čistota, kompletnost, poškození	bez závad	☒
Skříň přístroje (úchyty, šrouby, nápisy)	bez závad	☒
Ovládací prvky – funkce, stav	bez závad	☒
Napájecí kabel včetně koncovek	bez závad	☒
Kontrola síťových pojistek	hodnoty souhlasí	☒
Externí konektory – stav, funkce	bez závad	☒
Příslušenství – stav, funkce		☐
.....		☐
.....		
Funkční kontrola		
Provedené měření / kontrola	Naměřené hodnoty / nedostatky	Potvrzení
Síťové napájecí napětí	228 V	
Zapnout přístroj a sledovat:		
- průběh testu		☒
- akust. a opt. signalizaci		☒
Zkontrolovat funkčnost ovl. prvků :		☒
Zkontrolovat provozní vlastnosti:		
Provozní otáčky		☒
.....		☐
.....		☐
.....		☐
.....		☐
.....		☐
Zkouška elektrické bezpečnosti		
Odpor ochranného vodiče vč. přívodu max. 0,2 Ω	0,14 Ω	☒
Izolační odpor min. 2 MΩ	>20 MΩ	☒
Svodový proud - ochr. vodičem	0,1 mA	☒
Výsledek prohlídky		
Byly zjištěny nedostatky, které by mohly způsobit ohrožení pacienta, obsluhy nebo třetí osoby		
☒ NE ☐ ANO - které:		
Přijata opatření:	Poznámky: Revizní přístroj Meditest 50, v.č. 204030 , kalibrace platná do 5 / 2009. Zdravotnický prostředek splňuje požadavky uvedené výše a vyhovuje technickým předpisům, popř. technickým dokumentům nebo technickým normám, podle nichž byl vyroben.	

Termín příští prohlídky: 17. 10. 2009

Prohlídka provedena : datum /podpis 17. 10. 2008 / Malík P.

B | BRAUN

B. Braun Medical s.r.o.
 Servisní centrum
 HOTLINE
 Tel. +420-271 091 555
 Fax +420-271 091 552

6

IČ: 485 86 285
 DIČ: CZ48586285

Záznam o provedené kontrole uložte u provozní dokumentace přístroje.